

VZ zdravotnictví

Mgr. Kateřina Kolářková



Odpovědné zadávání

- Inspirace - <https://www.sovz.cz/predmety/zdravotnictvi/>
 - Zdravotnický materiál
 - Jednorázové rukavice
 - Opakovaně použitelné lékařské textilie
 - Speciální zařízení a technologie, speciální materiál a speciální služby a servis
 - Podpora malých a středních podniků
 - Ekologický šetrná řešení
- Komunikace zadavatelů s dodavateli

Hodnocení kvality

- S0245/2022/VZ – dodávky odběrových souprav pro odběry plné krve
 - Navrhovatel se rovněž domníval, že stanovená kritéria hodnocení byla diskriminační, neodůvodněná a zajišťovala výhodu konkrétnímu dodavateli.
 - Možnost zpracování buffy-coatu do 48 hodin
 - Automatické otevření přístupových dveří po skončení separace
 - Vzhledem k tomu, že zadavatel chtěl využívat buffy-coat i pro další účely, měla dle názoru Úřadu zadavatelem stanovená lhůta pro zpracování buffy-coatu v délce 48 hodin v daném případě své opodstatnění. Úřad dále zdůraznil, že požadovaný parametr je dle zadávací dokumentace zařazen mezi kritéria výběrová, jehož nesplnění nevede k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení, a tudíž jej nelze považovat za překážku pro přístup k soutěži o zakázku.

Hodnocení kvality

Min. 2 ks transparentní fixace paže pacienta s polstrem - podél těla pacienta	ANO/NE	ANO=5 bodů, NE=0 bodů Ano je lepší
---	--------	--

4.	SW vybavení pro zvýraznění stentů na koronárním řečišti v reálném čase (CLEARstent Live, Stent Boost Live) Možnost ovládání/akvizice přímo od vyšetřovacího stolu	20 bodů
----	---	---------

Plný počet bodů bude přidělen, pokud dané kritérium bude splněno, pokud kritérium splněno nebude, bude přiděleno 0 bodů.

Stejný kabel pro defib. deskové elektrody a nalepovací elektrody	ANO/NE	max. 30 bodů
--	--------	--------------

Předvedení přístroje

- S0161/2023 – Hmotnostní spektrometr
 - Samotný proces předvedení přístroje pak byl ukončen ze strany navrhovatele, jelikož tento po dvou neúspěšných pokusech předvést požadovanou funkcionalitu přístroje prostřednictvím svého aplikačního specialisty Ing. Vrány uvedl, že nebude schopen tento technický parametr předvést
 - Přestože se v daném případě jeví, že přiléhavějším důvodem pro vyloučení by bylo vyloučení podle § 48 odst. 2 písm. b) zákona (tj. že údaje nebyly řádně objasněny), Úřad neshledal, že by pochybení zadavatele spočívající v nesprávné právní kvalifikaci vyloučení navrhovatele představovalo nedodržení zásady transparentnosti, resp. dosáhlo takové intenzity, která by způsobila nutnost zrušení úkonu vyloučení navrhovatele. Na uvedený postup zadavatele je třeba nahlížet ve světle rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 75/2018-57 ze dne 5. 8. 2020 (byť jsou závěry v předmětném rozsudku učiněny podle předchozí právní úpravy, tj. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, lze uvedené dle Úřadu aplikovat i na nyní šetřenou věc), tedy tak, aby ve vztahu k zadavateli nedocházelo k příliš formálnímu postupu a výkladu povinností s přílišnou tvrdostí (srov. rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0141/2021/VZ ze dne 15. 6. 2021).

povinnost přizpůsobit předmět plnění možnostem jednotlivých dodavatelů

- S0695/2021 Biochemické a imunochemické analytické systémy
 - Ze zákona nevyplývá zadavateli žádná povinnost přizpůsobit předmět plnění možnostem jednotlivých dodavatelů. Zadavatelé nemohou stanovovat zadávací podmínky tak, aby se zadávacího řízení mohli zúčastnit všichni existující dodavatelé.
 - Tím by došlo by k absurdní situaci, kdy by zadavatel musel přijmout jakékoli plnění, a to i to, které nepožaduje, nepotřebuje, nevyhovuje mu, neodpovídá jeho standardům a jeho potřebám, není kompatibilní s řešením již používaným apod. Takové chápání institutu zadávacích podmínek neodpovídá smyslu zákona a zadávání veřejných zakázek. Určité zadávací podmínky mohou být vždy pro některé dodavatele nesplnitelné, aniž by se však jednalo o diskriminaci tohoto dodavatele.

Děkuji za pozornost!

Máte dotazy nebo zájem o konzultaci?
Neváhejte mě kontaktovat.

Mgr. Kateřina Kolářková

 +420 733 760 010

 katerina@kkolackova.cz

